



Cmara Municipal de Guatapar

Estado de So Paulo

REQUERIMENTO N 24/2019.

Aprovado em discusso

em 15/04/19

REQUER MELHORIAS NO APARELHO DE "RAIO-X" DA UBS - DR. "ORESTES MOURA PINTO", GUATAPAR-SP.

Presidente

Senhor Presidente,

Tendo em vista que o aparelho de Raio-X da UBS - "Dr. Orestes Moura Pinto",  o nico existente no municpio, e que se encontra ultrapassado, com baixa transparncia devido  baixa potncia do equipamento, o que vem a dificultar no diagnstico;

Tendo em vista que muitos pacientes que foram submetidos  exames de imagens, foram prejudicados, por no apresentarem fraturas e que posteriormente realizou o exame em aparelhos de hospitais de Ribeiro Preto, onde veio constatar fraturas e;

Considerando ainda que o no diagnstico correto pode levar o paciente a complicaes futuras (fraturas e pneumonias, entre outros);

REQUEIRO na forma regimental, que o Senhor Presidente, officie o Poder Executivo, para tomar medidas urgentes em relao ao aparelho, e se no existir a possibilidade da troca do mesmo, que seja feita pelo menos a substituio da ampola de comando de 300kv para 500kv, j que o aparelho foi examinado por assistncia tcnica no passado, inclusive a parte da revelao dos filmes com essa possibilidade.

SALA DAS SESSES CARLOS ROBERTO DA SILVA, AOS DOZE DIAS DO MS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE.

JOS GALONI.

Vereador.